

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «Ростовский ЦСМ»)

344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58, тел. (863) 290-44-88,
E-mail: metrcsm@aanet.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 02/13
об аттестации программного обеспечения

Наименование программного обеспечения: Встроенное программное обеспечение модулей серии NL

Наименование и адрес разработчика: ООО «Научно-исследовательская лаборатория автоматизации проектирования», ул. Зои Космодемьянской, 2, г. Таганрог, 347924.

Область применения программного обеспечения: в составе модулей измерительных ввода-вывода аналоговых сигналов NL-8AI (NL-8AI-Ex), NL-8TI (NL-8TI-Ex), NL-4RTD (NL-4RTD -Ex), NL-4AO, NL-2C (NL-2C -Ex).

По результатам аттестации (протокол аттестации №02-15-2013 от 29.04.2013 г.) установлено, что программное обеспечение соответствует требованиям ГОСТ Р 8.654 – 2009 «ГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения». Аттестованное программное обеспечение не оказывает влияния на метрологические характеристики средства измерений. Защита от преднамеренных и непреднамеренных изменений соответствует уровню С по МИ 3286-2010.

Состав программного обеспечения и идентификационные данные (признаки) его метрологически значимых частей приведены на обратной стороне свидетельства.

Заместитель генерального
директора по метрологии
ФБУ «Ростовский ЦСМ»



В.А. Романов

Дата выдачи свидетельства

М.П.